Приложение
к свидетельству об уполномочивании на осуществление государственной поверки средств измерений
№ _____ от 16.11.2021
на_1 листе
Редакция № 1 от 16.11.2021

ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

топографо-геодезического республиканского унитарного предприятия «Белгеодезия»

№ пункта	Категории средств измерений
1	Средства геодезических измерений

№ пункта	Величина	Диапазон измерений	Наилучшие измерительные возможности, которые обеспечиваются при определении метрологических характеристик средств измерений при осуществлении государственной поверки	
			наименование показателя точности	значение и (или) диапазон значений
1	Угол	10'	Среднее квадратическое отклонение (далее – СКО) измерения превышения на 1 км двойного хода	(0,2 – 10) мм/км
2	Угол	от 0°до 360°	СКО при измерении углов	(1″ – 10″)
3	Длина	(0,002 – 4,5) км	СКО при измерении расстояний	± (2 + 2·L) мм, L – в км
4	Длина	(0,0005 – 0,665) км	Пределы допускаемой погрешности измерений	± (1 + 1,5·L) мм, L – в км
5	Длина	(0 – 5000) мм	Отклонение средней длины метровых интервалов от номинального значения	±0,5 мм
6	Длина	(0 – 57) км	СКО при измерении расстояний	± (2 + $0{,}5\cdot10^{-6}\cdot D$) мм, где D – расстояние, мм