Республиканское унитарное предприятие «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

(полное наименование юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №11

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 200127048

(учетный номер плательщика юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной поверке средств измерений

№ 11-001363730-2026

(номер свидетельства о государственной поверке средства измерений)

Действительно до "22" ноября 2027 г.

Средство измерений	Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные "Лайт" наименование и обозначение типа средства измерений
Обозначение модификации и (или) исполнения средства измерений	ДПОП-1-10-100
Идентификационный признак	9010
Заводской (серийный) номер средства измерений	1820284 заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений
Состав средства измерений	- наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений
Методика поверки	МП 2301-0132-2013 "Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные "Лайт". Методика поверки" (для СИ, в т.ч. находящихся в эксплуатации, НТК № 03-19) наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка
Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при государственной поверке	Весы лабораторные MYA21/P № 780366 наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений
Применяется в качестве эталона единицы величины	- признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины

Объем государственной поверки: в полном объеме
сведения об объеме проведенной государственной поверки

Тип государственной поверки: последующая
первичная или последующая

Заключение по результатам государственной поверки: годен

Владелец средства измерений: Управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя

Результаты государственной поверки: -

Информация о метрологической прослеживаемости: передачу в процессе поверки размера единицы величины от национального эталона единицы согласно схеме передачи размера единицы величины (поверочной схеме), установленной техническими актами по обеспечению единства измерений

Государственный поверитель _____ Рахманец Екатерина Юрьевна
(подпись) (инициалы, фамилия)

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: г. Брест, ул. Кижеватова, 10/1

Дата государственной поверки: "23" ноября 2026 г.

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):
Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации"
ФИО подписанта: Рахманец Екатерина Юрьевна
Дата и время подписи: 2026-11-25T13:01:46Z