

**Республиканское унитарное предприятие
«Гродненский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»**

(полное наименование юридического лица, осуществившего
государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица,
осуществившего государственную поверку средства измерений)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о непригодности

№ 17-000002502-2026

(номер заключения о непригодности)

Средство измерений

Счетчики газа двухкамерные СГД-2,5

наименование и обозначение типа средства измерений

Обозначение модификации
и (или) исполнения средства
измерений

-

Идентификационный
признак

558

Заводской (серийный) номер
средства измерений

031420

заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое
обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений

Состав средства измерений

-

наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые
обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый
автономный блок или измерительный канал средства измерений

Методика поверки

**СТБ 8011-99 "Система обеспечения единства
измерений Республики Беларусь. Счетчики газа.
Методика поверки"**

наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки),
в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка

Эталоны единиц величин,
стандартные образцы,
средства измерений,
применяемые при
государственной поверке

**Установка поверочная СПУ-5-Э № 084, Установка
для поверки бытовых счётчиков газа УПС-7,5 №
012, Установка для поверки бытовых счётчиков
газа УПС-7,5 № 013**

наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые
обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы
величины, стандартный образец, средство измерений

Применяется в качестве
эталона единицы величины

-

признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для
средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины

Тип государственной
поверки

последующая

первичная или последующая

Заключение по результатам государственной поверки не годен

Владелец средства измерений ПУ "Слонимгаз"
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя

Причины непригодности Превышение допустимой погрешности: -10,9%

Государственный поверитель Журавлев Валерий Петрович
(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель структурного подразделения Журавлев Валерий Петрович
(подпись) (инициалы, фамилия)

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.: +375(15)2714590

Дата государственной поверки "22" апреля 2026 г.

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):
 Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"
 ФИО подписанта: Журавлёв Валерий Петрович
 Дата и время подписи: 2026-04-22T06:41:44Z