

Республиканское унитарное предприятие
«Гродненский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»

(полное наименование юридического лица, осуществившего
государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица,
осуществившего государственную поверку средства измерений)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о непригодности

№ 17-000013564-2026

(номер заключения о непригодности)

Средство измерений

Термопреобразователи сопротивления платиновые
ТЭСМА

наименование и обозначение типа средства измерений

Обозначение модификации
и (или) исполнения средства
измерений

ТЭСМА-К

Идентификационный
признак

9497

Заводской (серийный) номер
средства измерений

161939Г/Х

заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое
обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений

Состав средства измерений

-

наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые
обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый
автономный блок или измерительный канал средства измерений

Методика поверки

ГОСТ 8.461-2009 "ГСИ. Термопреобразователи
сопротивления из платины, меди и никеля.
Методика поверки"

наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки),
в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка

Эталоны единиц величин,
стандартные образцы,
средства измерений,
применяемые при
государственной поверке

Комплекс измерительно-вычислительный ИСТ-
М16 № 092, с датчиками ЭТС-100/2 № 15-132,
ЭТС-100/2 № 15-174.

наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые
обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы
величины, стандартный образец, средство измерений

Применяется в качестве
эталона единицы величины

-

признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для
средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины

Тип государственной
поверки

последующая

первичная или последующая

Заключение по результатам
государственной поверки

не годен

Владелец средства
измерений

Островецкое РУП ЖКХ

наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество
(при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя

Причины непригодности

Не соответствует метрологическим
характеристикам, указанным в описании типа. У
ТС № 161939 Г оторван один из контактов

Государственный
поверитель

Аутко Владимир Николаевич

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Руководитель структурного
подразделения

Романчук Виктор Антонович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства
измерений: г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.: +375(15)2714590

Дата государственной
поверки

"15" сентября 2026 г.

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):

Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и
сертификации"

ФИО подписанта: Аутко Владимир Николаевич

Дата и время подписи: 2026-09-15T06:13:38Z