Республиканское унитарное предприятие «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

(полное наименование юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о непригодности
№ 17-000015445-2026

(номер заключения о непригодности)

Средство измерений	Тонометры офтальмологические бесконтактные СТ наименование и обозначение типа средства измерений
Обозначение модификации и (или) исполнения средства измерений	СТ-800
Идентификационный признак	14583
Заводской (серийный) номер средства измерений	2866611 заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений
Состав средства измерений	- наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений
Методика поверки	МРБ МП.3161-2021 "Тонометры офтальмологические бесконтактные СТ. Методика поверки" наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка
Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при государственной поверке	Меры эталонного пневмотонометра (набор искусственных глаз), № NT 2101-09, диапазон измеренийот 9 мм рт. ст.до 28 мм рт. ст. с, расширенной неопределенностью 1; , Меры эталонного пневмотонометра (набор искусственных глаз), № NT2104-1,диапазон измерений от 40 мм рт. ст. до 55 мм рт. ст., расширенная неопределенность1 наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений
Применяется в качестве эталона единицы величины	- признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины

Тип государственной поверки: последующая
первичная или последующая

Заключение по результатам государственной поверки: не годен

Владелец средства измерений: ООО "Евроток"
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя

Причины непригодности: Погрешность показаний превышае предельно допустимое значение в точках: 28 (+11) единиц 47 (+12) единиц

Государственный поверитель _____ Щекало Игорь Александрович
(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель структурного подразделения _____ Пацынко Лариса Владимировна
(подпись) (инициалы, фамилия)

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.:+375(15)2714590

Дата государственной поверки: "19" ноября 2026 г.

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):
Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"
ФИО подписанта: Щекало Игорь Александрович
Дата и время подписи: 2026-11-19T06:48:52Z