

**Республиканское унитарное предприятие «Гродненский  
центр стандартизации, метрологии и сертификации»**

(полное наименование юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

**Свидетельство об уполномочивании №17**

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

**УНП 500028553**

(учетный номер плательщика юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ**

**№ 17-000110495-2026**

(номер свидетельства о государственной поверке средства измерений)

Действительно до **"28" апреля 2028 г.**

Средство измерений

**Теплосчетчики ТЭМ-104**

наименование и обозначение типа средства измерений

Обозначение модификации  
и (или) исполнения средства  
измерений

**ТЭМ-104-4**

Идентификационный  
признак

**12520**

Заводской (серийный) номер  
средства измерений

**20401571**

заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений

Состав средства измерений

**Вычислитель №20401571, ППР №125098М, ППР  
№125099М, ППР №164487, ППР №180054378,  
ТСП №126519Г/Х, ТСП №126520Г/Х**

наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений

Методика поверки

**МРБ МП.1419-2004 "Теплосчетчики ТЭМ-104.  
Методика поверки" изменения №1-9**

наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка

Эталоны единиц величин,  
стандартные образцы,  
средства измерений,  
применяемые при  
государственной поверке

**Установка поверочная расходомерная УПР-200  
№ 01 , Магазин сопротивлений Р4831 №00846 ,  
Калибратор многофункциональный DPI 880  
№8800014162**

наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений

Применяется в качестве  
эталона единицы величины

**-**

признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины

Объем государственной  
поверки

**в полном объеме**

сведения об объеме проведенной государственной поверки

