

**Республиканское унитарное предприятие «Гродненский
центр стандартизации, метрологии и сертификации»**

(полное наименование юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКЕ

№ 17-000110575-2026

(номер свидетельства о государственной поверке средства измерений)

Действительно до **"28" апреля 2027 г.**

Средство измерений

**Спектрофотометры моделей ПЭ-5300ВИ,
ПЭ-5400ВИ, ПЭ-5300УФ, ПЭ-5400УФ**

наименование и обозначение типа средства измерений

Обозначение модификации
и (или) исполнения средства
измерений

ПЭ-5400ВИ

Идентификационный
признак

10296

Заводской (серийный) номер
средства измерений

54ВИ1081

заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений

Состав средства измерений

-

наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений

Методика поверки

**МП 242-1033-2010 "Спектрофотометры
моделей ПЭ-5300ВИ, ПЭ-5400ВИ, ПЭ-5300УФ,
ПЭ-5400УФ. Методика поверки"**

наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка

Эталоны единиц величин,
стандартные образцы,
средства измерений,
применяемые при
государственной поверке

**Светофильтры КСС-04 № 271± 0,25 %
пропускания; ± 0,2 нм**

наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений

Применяется в качестве
эталона единицы величины

-

признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины

Объем государственной
поверки

в полном объеме

сведения об объеме проведенной государственной поверки

Тип государственной поверки	последующая <small>первичная или последующая</small>
Заключение по результатам государственной поверки	годен
Владелец средства измерений	Сморгонское РУП "ЖКХ" <small>наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя</small>
Результаты государственной поверки	-
Информация о метрологической прослеживаемости	передачу в процессе поверки размера единицы величины от национального эталона единицы согласно схеме передачи размера единицы величины (поверочной схеме), установленной техническими актами по обеспечению единства измерений
Государственный поверитель	<small>(подпись)</small> Купчевский Артур Тадеушевич <small>(инициалы, фамилия)</small>
Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений:	<u>г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.:+375(15)2714590</u>
Дата государственной поверки	"29" апреля 2026 г.

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):

Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"

ФИО подписанта: Купчевский Артур Тадеушевич

Дата и время подписи: 2026-04-30T05:59:36Z