Республиканское унитарное предприятие «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

(полное наименование юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной поверке средств измерений

№ 17-000473899-2026

(номер свидетельства о государственной поверке средства измерений)

Действительно до "19" ноября 2027 г.

Средство измерений	Весы товарные РП-100Ш13 наименование и обозначение типа средства измерений
Обозначение модификации и (или) исполнения средства измерений	РП-100Ш
Идентификационный признак	СССР
Заводской (серийный) номер средства измерений	У4575 заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений
Состав средства измерений	- наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений
Методика поверки	ГОСТ 8.453-82 "Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка
Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при государственной поверке	Гири эталонные ГО-3-20 № 1-35; F2, Комплект поверки гирь и весов переносной, КПГВП, № 26525065, Набор гирь от 10 мг до 5000 г, кл.т. М1; электронный компаратор массы с предельной нагрузкой до 6200 г, СКО до 500 г не более 5 мг, св. 500 г не более 10 мг , Термогигрометр UNITESS THB 1C, № 211506, (0 - 50) °С, ± 0,5 °С; (10 - 90) % относительной влажности, ± 3% относительной влажности; (86 - 106) кПа, ± 0,2 кПа наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений
Применяется в качестве эталона единицы величины	- признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины

Объем государственной поверки: в полном объеме
сведения об объеме проведенной государственной поверки

Тип государственной поверки: последующая
первичная или последующая

Заключение по результатам государственной поверки: годен

Владелец средства измерений: Государственное учреждение "Межотраслевой центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций города Гродно"
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя

Результаты государственной поверки: -

Информация о метрологической прослеживаемости: передачу в процессе поверки размера единицы величины от национального эталона единицы согласно схеме передачи размера единицы величины (поверочной схеме), установленной техническими актами по обеспечению единства измерений

Государственный поверитель _____ Ольшевский Вячеслав Евгеньевич
(подпись) (инициалы, фамилия)

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.:+375(15)2714590

Дата государственной поверки: "20" ноября 2026 г.

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):
Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"
ФИО подписанта: Ольшевский Вячеслав Евгеньевич
Дата и время подписи: 2026-11-20T05:06:32Z