Республиканское унитарное предприятие «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

(полное наименование юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной поверке средств измерений

№ 17-000476378-2026

(номер свидетельства о государственной поверке средства измерений)

Действительно до "23" мая 2027 г.

Средство измерений	Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе "Алкотест-203"
	наименование и обозначение типа средства измерений
Обозначение модификации и (или) исполнения средства измерений	-
Идентификационный признак	7492
Заводской (серийный) номер средства измерений	АР36
	заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений
Состав средства измерений	-
	наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений
Методика поверки	МП.МН 431-98 "Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе "Алкотест-203". Методика поверки"
	наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка
Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при государственной поверке	Генераторы спирто-воздушных смесей "ГСВС–МЕТА–02", "ГСВС–МЕТА–02 М", ± 4 мг/м³ (от 40 до 80 мг/м³), ± 5% (от 80 до 2000 мг/м³)
	наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений
Применяется в качестве эталона единицы величины	-
	признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины
Объем государственной поверки	в полном объеме
	сведения об объеме проведенной государственной поверки

Тип государственной поверки: последующая
(первичная или последующая)

Заключение по результатам государственной поверки: годен

Владелец средства измерений: Инспекция министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненскому району
(наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя)

Результаты государственной поверки: -

Информация о метрологической прослеживаемости: передачу в процессе поверки размера единицы величины от национального эталона единицы согласно схеме передачи размера единицы величины (поверочной схеме), установленной техническими актами по обеспечению единства измерений

Государственный поверитель _____ Соловей Артем Тадеушевич
(подпись) (инициалы, фамилия)

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.:+375(15)2714590

Дата государственной поверки: "24" ноября 2026 г.

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):
Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"
ФИО подписанта: Соловей Артём Тадеушевич
Дата и время подписи: 2026-11-24T05:56:51Z