**Республиканское унитарное предприятие «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»**

(полное наименование юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО
## о государственной поверке средств измерений

№ 17-100220015-2026

(номер свидетельства о государственной поверке средства измерений)

Действительно до "22" ноября 2034 г.

| | |
|---|---|
| Средство измерений | Счетчики газа двухкамерные СГД-2,5<br>наименование и обозначение типа средства измерений |
| Обозначение модификации и (или) исполнения средства измерений | - |
| Идентификационный признак | 4192 |
| Заводской (серийный) номер средства измерений | 007418<br>заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений |
| Состав средства измерений | -<br>наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений |
| Методика поверки | СТБ 8011-99 "Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Счетчики газа. Методика поверки"<br>наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка |
| Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при государственной поверке | Установка для поверки бытовых счетчиков газа УПС-7,5 № 032<br>наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений |
| Применяется в качестве эталона единицы величины | -<br>признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины |
| Объем государственной поверки | в полном объеме<br>сведения об объеме проведенной государственной поверки |

Тип государственной поверки: последующая
первичная или последующая

Заключение по результатам государственной поверки: годен

Владелец средства измерений: Производственное республиканское унитарное предприятие "Гроднооблгаз" Лидское производственное управление
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя

Результаты государственной поверки: -

Информация о метрологической прослеживаемости: Настоящее свидетельство подтверждает прослеживаемость измерений, выполняемых с помощью данного средства измерений, до единиц величин Международной системы единиц (СИ), которые воспроизводятся через Национальный эталон единицы объемного расхода газа (воздуха) НЭ РБ 60-20

Государственный поверитель _____ (подпись) Ромашкевич Т.В. (инициалы, фамилия)

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.:+375(15)2714590

Дата государственной поверки: "23" ноября 2026 г.

**Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):**
Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"
ФИО подписанта: Ромашкевич Татьяна Вадимовна
Дата и время подписи: 2026-11-24T07:28:15Z