Республиканское унитарное предприятие «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

(полное наименование юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной поверке средств измерений

№ 17-100220380-2026

(номер свидетельства о государственной поверке средства измерений)

Действительно до "22" ноября 2027 г.

Средство измерений	Газоанализаторы ФСТ-03 наименование и обозначение типа средства измерений
Обозначение модификации и (или) исполнения средства измерений	ФСТ-03м
Идентификационный признак	4904
Заводской (серийный) номер средства измерений	0908041 заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений
Состав средства измерений	Датчики №№: 0908005 (CH#); 1811006 (CO). наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений
Методика поверки	МП.МН 1058-2001 "Газоанализатор ФСТ-03. Методика поверки" наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка
Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при государственной поверке	СО РБ 2716-2019 состава газовой смеси 0,211 % CH4-воздух, Δ= ± 0,005 % об. CH4 ; СО РБ 3974-2024 состава газовой смеси 55,0 мг/м³ CO-воздух, Δ= ± 0,9 мг/м³ CO ; СО РБ 3974-2024 состава газовой смеси 107,0 мг/м³ CO-воздух, Δ= ± 1,8 мг/м³ CO ; СО РБ 3974-2024 состава газовой смеси 12,5 мг/м3 CO-воздух, Δ= ± 0,7 мг/м3 CO ; СО РБ 2716-2019 состава газовой смеси 2,24 % об. CH4-воздух, Δ= ± 0,03 % об. CH4 ; СО РБ 2716-2019 состава газовой смеси 1,23 % об. CH4-воздух, Δ= ± 0,02 % об. CH4 наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений

Применяется в качестве эталона единицы величины: -
признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины

Объем государственной поверки: в полном объеме
сведения об объеме проведенной государственной поверки

Тип государственной поверки: последующая
первичная или последующая

Заключение по результатам государственной поверки: годен

Владелец средства измерений: КУП "Гроднооблдорстрой" ДРСУ №119 г.Дятлово
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя

Результаты государственной поверки: -

Информация о метрологической прослеживаемости: Настоящее свидетельство подтверждает прослеживаемость измерений, выполняемых с помощью данного средства измерений, до единиц величин Международной системы единиц (СИ), которые воспроизводятся через Национальный эталон единицы молярной доли компонентов в газовых смесях НЭ РБ 13-04

Государственный поверитель _____ Дворникова Т.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.:+375(15)2714590

Дата государственной поверки: "23" ноября 2026 г.

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):
Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"
ФИО подписанта: Дворникова Татьяна Владимировна
Дата и время подписи: 2026-11-25T06:46Z