Республиканское унитарное предприятие «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

(полное наименование юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

Свидетельство об уполномочивании №17

(шифр юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

УНП 500028553

(учетный номер плательщика юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной поверке средств измерений

№ 17-100220390-2026

(номер свидетельства о государственной поверке средства измерений)

Действительно до "22" мая 2027 г.

Средство измерений	Сигнализаторы СТМ10 наименование и обозначение типа средства измерений
Обозначение модификации и (или) исполнения средства измерений	-
Идентификационный признак	7388
Заводской (серийный) номер средства измерений	648 заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений
Состав средства измерений	Датчики №№: 3156; 11742; 11738; 15264. наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений
Методика поверки	АПИ2.840.069 РЭ "Сигнализаторы СТМ 10. Руководство по эксплуатации" наименование и (или) обозначение документа(ов) (методики(ик) поверки), в соответствии с которым(ми) проводилась государственная поверка
Эталоны единиц величин, стандартные образцы, средства измерений, применяемые при государственной поверке	Воздух синтетический по ТУ РБ 100055197.003-2001 ; Секундомер электронный Интеграл С-01 № 449274; СО РБ 2716-2019 состава газовой смеси 1,79 % СН#-воздух, Δ= ± 0,03 % СН# ; СО РБ 2716-2019 состава газовой смеси 0,933 % об. СН#-воздух, Δ= ± 0,014 % об. СН# наименования, заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения, идентифицирующие каждый эталон единицы величины, стандартный образец, средство измерений
Применяется в качестве эталона единицы величины	- признак, указывающий, что государственная поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины
Объем государственной поверки	в полном объеме сведения об объеме проведенной государственной поверки

Тип государственной поверки: последующая
(первичная или последующая)

Заключение по результатам государственной поверки: годен

Владелец средства измерений: ОАО"Дятловский ликеро-водочный завод"Алгонь"
(наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя)

Результаты государственной поверки: -

Информация о метрологической прослеживаемости: Настоящее свидетельство подтверждает прослеживаемость измерений, выполняемых с помощью данного средства измерений, до единиц величин Международной системы единиц (СИ), которые воспроизводятся через Национальный эталон единицы молярной доли компонентов в газовых смесях НЭ РБ 13-04; Национальный эталон единиц: времени-секунды, частоты-герца и шкалы времени НЭ РБ 1-95

Государственный поверитель _____ Дворникова Т.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Адрес и телефон юридического лица, осуществившего государственную поверку средства измерений: г. Гродно, ул. Обухова, 3, тел.:+375(15)2714590

Дата государственной поверки: "23" ноября 2026 г.

Документ подписан усиленной электронной цифровой подписью (УЭЦП):
Организация подписанта: Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"
ФИО подписанта: Дворникова Татьяна Владимировна
Дата и время подписи: 2026-11-25T06:46Z