

Приложение 1  
к свидетельству об  
уполномочивании  
на осуществление государственной  
поверки средств измерений  
№ 42 от 16.11.2021  
На 2 листах  
Редакция № 2 от 11.03.2026

ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
локомотивного депо Минск транспортного республиканского унитарного  
предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги»

№ пункта	Категории средств измерений
1	Скоростемеры локомотивные

№ пункта	Величина	Диапазон измерений	Наилучшие измерительные возможности, которые обеспечиваются при определении метрологических характеристик средств измерений при осуществлении государственной поверки	
			Наименование показателя точности	Значение и (или) диапазон значений
1	2	3	4	5
Участок по ремонту КИПиЭ локомотивного депо Минск				
1	Скорость	От 5 км/ч до 220 км/ч	Приведенная погрешность	±1,5%
2	Давление	От 0 МПа до 0,8 МПа	Приведенная погрешность	±2,5%
3	Длина (расстояние)	От 1 км	Абсолютная погрешность	±0,4 км
4	Интервал времени	От 1 с	Абсолютная погрешность суточного хода часов	±3 мин
			Абсолютная погрешность регистрации на ленту 30-минутного интервала времени	±0,5 мин

Участок ТО-2 оборотного локомотивного депо Молодечно в составе обособленного структурного подразделения (филиала) локомотивного депо Минск				
1	2	3	4	5
1	Скорость	от 5 км/ч до 150 км/ч	Приведенная погрешность	$\pm 1,5\%$
2	Давление	от 0 МПа до 0,8 МПа	Приведенная погрешность	$\pm 2,5\%$
3	Длина (расстояние)	от 1 км	Абсолютная погрешность	$\pm 0,4$ км
4	Интервал времени	от 1 с	Абсолютная погрешность суточного хода часов	$\pm 3$ мин
			Абсолютная погрешность регистрации на ленту 30-минутного интервала времени	$\pm 0,5$ мин