

Приложение
к свидетельству об уполномочивании на
осуществление государственной поверки
средств измерений
№ 73 от 30.07.2026
На 1 листе
Редакция № 1 от 30.07.2026

**ПРОЕКТ ОБЛАСТИ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

№ п/п	Категории средств измерений
1	2
1	Средства измерений длины, угла
2	Манометры
3	Ключи динамометрические

№ п/п	Величина	Диапазон измерений	Наилучшие измерительные возможности, которые обеспечиваются при определении метрологических характеристик средств измерений при осуществлении государственной поверки	
			Наименование показателя точности	Значение и (или) диапазон значений
1	2	3	4	5
1	Длина	От 0,5 до 100 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(0,1+1L)$ мкм, где L в м
		От 0 до 1000 мм		± 1 мм
2	Угол	От 0° до 90° От 0 до 250 мм	Класс точности	2
3	Давление	От 0 до 60 МПа	Класс точности	0,6
		От -0,1 до 69 МПа	Класс точности	1
4	Крутящий момент силы	От 0,5 до 1500 Н·м	Относительная погрешность	$\pm 0,5$ %