

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 июля 2025 г. № 82

**Об изменении постановления Государственного  
комитета по стандартизации Республики Беларусь  
от 23 апреля 2021 г. № 42**

На основании пункта 7 статьи 29 Закона Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-ХІІ «Об обеспечении единства измерений», абзаца десятого подпункта 5.16<sup>1</sup> пункта 5 и подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 42 «Об утверждении Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по калибровке средств измерений» следующие изменения:

преамбулу после слова «измерений» дополнить словами «, абзаца десятого подпункта 5.16<sup>1</sup> пункта 5»;

пункт 2 исключить;

в Правилах осуществления метрологической оценки в виде работ по калибровке средств измерений, утвержденных этим постановлением:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила устанавливают требования к порядку организации и осуществления калибровки средств измерений, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии и относящихся к категории(ям) средств измерений, указанной(ым) в перечне категорий средств измерений, представляющих совокупность средств измерений одинакового назначения, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии, экземпляры утвержденного типа которых подлежат государственной поверке с установленной в нем периодичностью, определенном постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 апреля 2021 г. № 39 «О перечне категорий средств измерений» (далее – Перечень) (далее, если не предусмотрено иное, – калибровка).

2. Для целей настоящих Правил используются термины в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» (далее – Закон), а также термин «электронный документ» в значении, определенном абзацем шестнадцатым статьи 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-3 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи.»»;

пункты 4–6 изложить в следующей редакции:

«4. Калибровка проводится на основании заявки на проведение калибровки при условии заключения договора на проведение калибровки.

5. Калибровка проводится для определения действительных метрологических характеристик средств измерений, указанных в заявке на проведение калибровки.

6. Интервал времени между калибровками (далее – межкалибровочный интервал) не может превышать:

интервал времени между государственными поверками, действующий для типа средства измерений и указанный в сертификате об утверждении типа средства измерений (далее, если не установлено иное, – сертификат), – для средств измерений, которые прошли процедуру утверждения типа средства измерений в соответствии с законодательством в области обеспечения единства измерений, действующим с 27 ноября 2020 г., произведенных в период действия сертификата, выданного в соответствии с данным законодательством, а также экземпляров средств измерений, на которых проводились испытания в целях утверждения типа средств измерений,

и средств измерений утвержденного типа, допущенных к применению по результатам метрологического контроля, проведенного юридическими лицами государственной метрологической службы (органами государственной метрологической службы) до 27 ноября 2020 г., произведенных в период действия сертификата, выданного в соответствии с законодательством, действовавшим на момент его выдачи;

межкалибровочный интервал или интервал времени между поверками (далее – межповерочный интервал), указанный в свидетельстве о метрологической аттестации средства измерений, – для средств измерений, прошедших метрологическую аттестацию до 27 ноября 2020 г.;

межповерочный интервал, указанный в Государственном реестре средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь, – для средств измерений, в отношении которых осуществлено взаимное признание результатов утверждения типа средства измерений на основании международных договоров Республики Беларусь, а также международно-правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза (произведенных в период действия сертификата, выданного в Республике Беларусь в соответствии с законодательством, действовавшим на момент его выдачи);

интервал времени между государственными поверками, указанный в Перечне, – для средств измерений, допущенных к применению и введенных в эксплуатацию до 20 ноября 1995 г. в соответствии с действующим на момент их допуска к применению (введения в эксплуатацию) порядком, а также для иных средств измерений, в отношении которых был выдан сертификат в соответствии с законодательством, действовавшим на момент его выдачи, не содержащий информацию о межповерочном интервале.»;

в пункте 8 слова «в соответствии с правилами аккредитации, регламентирующими процедуры и иные вопросы аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих калибровку» заменить словами «в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на калибровку»;

пункт 9 дополнить частью следующего содержания:

«Для средств измерений, прошедших метрологическую аттестацию до 27 ноября 2020 г., калибровка осуществляется в соответствии с методиками калибровки, указанными в части первой настоящего пункта, или методиками, утвержденными при их метрологической аттестации.»;

пункт 10 после слов «Эталоны единиц величин» дополнить словами «и стандартные образцы»;

в пункте 11:

в абзаце третьем слова «заявки на калибровку» заменить словами «заявки на проведение калибровки»;

в абзаце пятом слова «функционирования согласно эксплуатационной документации» заменить словами «комплектности, внешнего вида»;

в пункте 12:

из части первой слова «при необходимости» исключить;

в части второй:

в абзаце втором слова «(или) владельца» заменить словом «владелец»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«наименование и обозначение средства измерений, состав средства измерений (для комбинированных средств измерений)»;

абзац четвертый дополнить словами «с указанием метрологических характеристик, значения которых подлежат определению при калибровке, а также значений данных характеристик, при превышении которых принимается решение о несоответствии метрологических характеристик средства измерений характеристикам, указанным в заявке на проведение калибровки. В заявке на проведение калибровки допускается указывать реквизиты документа (структурного элемента документа), в котором указаны метрологические характеристики, значения которых подлежат определению при калибровке, а также значения данных характеристик, при превышении которых принимается решение о несоответствии метрологических характеристик средства

измерений характеристикам, указанным в данном документе (структурном элементе документа).»;

после абзаца шестого дополнить часть абзацами следующего содержания:

«правило принятия решения о соответствии метрологических характеристик средства измерений характеристикам, указанным в заявке на проведение калибровки, в случае, если данное правило устанавливается заявителем;

форма представления результатов калибровки при соответствии результатов калибровки требованиям, установленным в заявке на проведение калибровки (свидетельство о калибровке или сертификат калибровки);»;

дополнить пункт частью следующего содержания:

«Достоверность и полнота информации, указанной в заявке на проведение калибровки, обеспечивается заявителем.»;

в части второй пункта 13:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«комплектующие устройства, входящие в комплектацию средства измерений, в том числе элементы питания и стандартные образцы (при необходимости);»;

из абзаца третьего слова «, указанном в описании типа» исключить;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Калибровка проводится согласно методике калибровки, позволяющей определить действительные метрологические характеристики средства измерений, указанные в заявке на проведение калибровки.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. В случае соответствия результатов калибровки требованиям, установленным в заявке на проведение калибровки, оформляется свидетельство о калибровке по форме согласно приложению 2 или сертификат калибровки по форме согласно приложению 3 и на средство измерений наносится знак калибровки.

В случае отсутствия возможности нанесения на средство измерений знака калибровки он наносится на эксплуатационную документацию средства измерений или свидетельство о калибровке (сертификат калибровки).»;

в пункте 19 слова «заявке на калибровку» заменить словами «заявке на проведение калибровки»;

из пункта 20 слова «в электронном виде или» исключить;

в пункте 22 слова «установленным требованиям» заменить словами «требованиям, установленным в заявке на проведение калибровки.»;

в пункте 23:

слова «установленным требованиям или» исключить;

слова «заявке на калибровку» заменить словами «заявке на проведение калибровки»;

в приложении 1 к этим Правилам слова «Средства измерений

---

(наименования, типы и заводские номера средства измерения)»

заменить словами «Средства измерений \_\_\_\_\_

(наименования и обозначения,

---

заводские номера средств измерений)»;

в приложении 2 к этим Правилам:

слова «Калибровочное клеймо-наклейка» заменить словами «Знак калибровки»;

слова «Оценивание неопределенности проведено в соответствии с «Руководство по выражению неопределенности в измерениях (GUM)» заменить словами «Оценивание неопределенности измерений проведено в соответствии с \_\_\_\_\_»;

в приложении 3 к этим Правилам:

слова «Калибровочное клеймо-наклейка» заменить словами «Знак калибровки»;

слова «Оценивание неопределенности проведено в соответствии с «Руководство по выражению неопределенности в измерениях (GUM)» заменить

словами «Оценивание неопределенности измерений проведено в соответствии с \_\_\_\_\_»;

слова «*The evaluation of uncertainty is conducted according to the «Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)»*» заменить словами «*The evaluation of uncertainty is conducted according to the \_\_\_\_\_*».

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:

абзац шестнадцатый пункта 1 – с 17 октября 2025 г.;

иные положения – через три месяца после официального опубликования настоящего постановления.

**Заместитель Председателя**

**И.А.Кисленко**

СОГЛАСОВАНО

Министерство иностранных дел

Республики Беларусь