

Приложение
к свидетельству об
уполномочивании на
осуществление государственной
поверки средств измерений
№ 48 от 27.01.2022
На 1 листе
Редакция № 1 от 27.01.2022

ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

№ пункта	Категории средств измерений
1	2
1	Манометры
2	Измерители-регуляторы температуры
3	Мониторы медицинские
4	Электрокардиографы

№ пункта	Величина	Диапазон измерений	Наилучшие измерительные возможности, которые обеспечиваются при определении метрологических характеристик средств измерений при осуществлении государственной поверки	
			наименование показателя точности	значение и (или) диапазон значений
1	2	3	4	5
1	Давление	Верхний предел измерений: от -0,1 до 60 МПа	класс точности	1,0
2	Напряжение	от 0,03 до 5,00 мВ в диапазоне частот: от 0,5 до 75 Гц	относительная погрешность	±5,0 % ±7,0 %
3	Частота сердечных сокращений (ЧСС)	от 15 до 350 уд/мин	абсолютная погрешность	±2 уд/мин
4	Артериальное давление	от -50 до 300 мм рт.ст.	абсолютная погрешность	±2 мм рт.ст.
5	Температура	от 25 °С до 45 °С	абсолютная погрешность	±0,1 °С
		от -200 °С до 1600 °С	класс точности	0,25
6	Сатурация (SpO ₂)	от 70 % до 100 %	абсолютная погрешность	±2 %
7	Сила постоянного тока	от 0 до 25 мА	абсолютная погрешность	±(10 ⁻⁴ ·I+1) мкА
8	Объемная доля газа	СО ₂ от 0 % до 30 %	абсолютная погрешность	±0,1 %
		О ₂ от 0 % до 100 %		±0,2 %