Приложение 2
к свидетельству об уполномочивании
на осуществление государственной поверки
средств измерений
№ 60 от 22.11.2023
На 1 листе
Редакция № 1 от 14.02.2024

ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА ОСУЩЕСВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ

Локомотивного депо Осиповичи

№ пункта	***Категории средств измерений***
4.5	Скоростемеры локомотивные

№ пункта	***Величина***	***Диапазон измерений***	***Наилучшие измерительные возможности[1], которые обеспечиваются при определении метрологических характеристик средств измерений при осуществлении государственной поверки***	
			наименование показателя точности	***значение и (или) диапазон значений***
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Скорость	от 5 до 150 км/ч	Приведенная погрешность	±1,5 %
2	Давление	от 0 до 0,8 МПа	Приведенная погрешность	±2,5 %
3	Длина (расстояние)	20 км	Абсолютная погрешность	±0,4 км
4	Интервал времени	30 мин	Абсолютная погрешность регистрации на ленту 30-минутного интервала времени	±0,5 мин

[1] Указаны наименования показателей точности и их минимальные значения, определение которых обеспечивается при осуществлении государственной поверки.