Приложение
к свидетельству об уполномочивании
на осуществление государственной
поверки средств измерений
№ 61 от
На 1 листе
Редакция № 1 от 02.02.2024

ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

№ пункта	Категории средств измерений
1	2
1	Манометры
2	Термометры манометрические
3	Термометры биметаллические
4	Термометры стеклянные жидкостные
5	Термоэлектрические преобразовыатели

№ пункта	Величина	Диапазон измерений	Наилучшие измерительные возможности[1], которые обеспечиваются при определении метрологических характеристик средств измерений при осуществлении государственной поверки	
			Наименование показателя точности	Значение и (или) диапазон значений
1	2	3	4	5
1	Давление [2]	От минус 3 кПа до 3 кПа	Класс точности[3]	2,5
		Верхний предел измерений[2]: до 25 кПа	Класс точности[3]	1,5
		Верхний предел измерений[2]: минус 0,1; 0,06; 0,1; 0,15; 0,16; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,9; 0,6; 1,0; 1,5; 1,6; 2,4; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа	Класс точности[3]	1,0
2	Температура	От 0 °С до 120 °С	Класс точности[5]	2,5
		От 0 °С до 160 °С	Класс точности[4]	2,5
		От 0 °С до 200 °С	Абсолютная погрешность	± 1 °С
		От 0 °С до 600 °С	Класс точности[6]	1

[1] Указаны наименования показателей точности и их минимальные значения, определение которых обеспечивается при осуществлении государственной поверки.
[2]Избыточное давление.
[3]По ГОСТ 2405-88.
[4]По ГОСТ 16920-93.
[5]По ГОСТ 8.305-78.
[6]По ГОСТ 8.338-2002.