Приложение
к свидетельству об уполномочивании
на осуществление государственной
поверки средств измерений
№ 59 от 10.10.2023
На 1 листе
Редакция № 1 от 10.10.2023

Область уполномочивания на осуществление государственной поверки производственного республиканского унитарного предприятия «МИНСКОБЛГАЗ»

№ пункта	Категории средств измерений
1	2
3.4	Манометры
3.5	Преобразователи давления

№ пункта	Величина	Диапазон измерений	Наилучшие измерительные возможности[1], которые обеспечиваются при определении метрологических характеристик средств измерений при осуществлении государственной поверки	
			Наименование показателя точности	Значение и (или) диапазон значений
1	2	3	4	5
1.	Давление	От -2,5 до 6,0 МПа	Класс точности[3]	1,5
		Верхний предел измерений [2]: 0,06; 0,1; 0,15; 0,16; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,9; 1,0; 1,5; 1,6; 2,4; 2,5; 4,0; 6,0 МПа	Класс точности[3]	1,0
		Верхний предел измерений [2,4]: 2,5; 4,0; 6,0 кПа 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 МПа	Приведенная погрешность	±0,25 % и более

[1] Указаны наименования показателей точности и их минимальные значения, определение которых обеспечивается при осуществлении государственной поверки.
[2] Избыточное давление.
[3] По ГОСТ 2405-88.
[4] Для преобразователей давления с выходным сигналом: (0-5) мА, (4-20) мА, (0-20) мА.