

Приложение

к свидетельству об уполномочивании на
осуществление государственной поверки
средств измерений

№ 53 от 19.07.2022

На 1 листе

Редакция № 1 от 19.07.2022

ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

№ пункта	Категории средств измерений
1	2
3.4	Манометры
3.5	Преобразователи давления
6.10	Измерители содержания компонентов в газовых средах

№ пункта	Величина	Диапазон измерений	Наилучшие измерительные возможности, которые обеспечиваются при определении метрологических характеристик средств измерений при осуществлении государственной поверки	
			Наименование показателя точности	Значение и (или) диапазон значений
1	2	3	4	5
1	Давление	Верхний предел измерений: от -0,1 до 60 МПа Выходной сигнал: (0-5) мА, (4-20) мА; (20-100) кПа	класс точности	0,5
2	Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР)	0 % – 100 %	абсолютная погрешность	±5 %