

Приложение № 2
к свидетельству об уполномочивании на
проведение испытаний в целях
утверждения типа средства измерений или
утверждения типа стандартного образца,
работ по метрологической оценке в сфере
законодательной метрологии
№ 14 от 24.11.2023
На 15 листах
Редакция № 2 от 05.05.2026

ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА
ЕДИНИЧНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

№ п/п	Категории средств измерений
1	2
1	Средства измерений оптической силы рефракции глаз, астигматизма, угла поворота оси астигматизма глаза и радиуса кривизны роговицы глаза
2	Диоптриметры
3	Линейки скиаскопические
4	Наборы пробных очковых линз
5	Периметры настольные
6	Измерители длины рулонных материалов
7	Машины и шаблоны кожемерные
8	Ростомеры медицинские
9	Средства геодезических измерений
10	Средства измерений длины, угла
11	Средства измерений внутриглазного давления
12	Шаблоны путевые контрольные
13	Дозаторы весовые дискретного и непрерывного действия
14	Весы, кроме весов для взвешивания транспортных средств в движении
15	Весы для взвешивания транспортных средств в движении
16	Меры массы, в том числе, используемые совместно с весами
17	Динамометры
18	Ключи динамометрические
19	Машины для испытаний на изгиб, сжатие, растяжение и кручение
20	Твердомеры
21	Твердомеры для резины и пластмассы
22	Грузопоршневые манометры
23	Измерители артериального давления
24	Манометры
25	Преобразователи давления
26	Калибраторы давления
27	Виброизмерительные приборы, виброизмерительные преобразователи
28	Измерительные системы и измерители скорости движения транспортных средств (стационарные)
29	Измерители скорости движения транспортных средств (портативные)
30	Калибраторы вибрации
31	Таксометры
32	Тахографы
33	Тахометры
34	Автоцистерны
35	Дозаторы пипеточные и бутылочные, микрошприцы

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 24.11.2023, редакция № 2 от 05.05.2026

1	2
36	Меры вместимости металлические (конические меры, мерные кружки)
37	Мерники технические
38	Мерники первого и второго разряда
39	Пурки для определения природы зерна
40	Топливо-, масло-, газораздаточные колонки
41	Расходомеры, расходомеры-счетчики, системы (комплексы) измерения расхода, количества
42	Приборы учёта воды индивидуальные с диаметром условного прохода до 20 мм
43	Счетчики воды промышленные с диаметром условного прохода от 20 мм до 150 мм
44	Приборы учёта расхода газа индивидуальные
45	Устройства пробоотборные, аспираторы для отбора проб газа и воздуха
46	Ротаметры
47	Резервуары для нефти и нефтепродуктов, применяемые при осуществлении торговли и расчетов
48	Вискозиметры динамической и условной вязкости
49	Измерители плотности
50	Анализаторы количественного содержания химических веществ (элементов) в твердых, жидких и газообразных средах
51	Анализаторы физических свойств газов, жидкостей и твердых веществ
52	Измерители дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов
53	Анализаторы состава и свойств биологических сред
54	Измерители содержания влаги в твердых, жидких веществах и материалах
55	Измерители содержания компонентов в газовых средах
56	Дымомеры
57	Измерители влажности воздуха и газов
58	Имитаторы электродных систем, ионометры и рН-метры, первичные преобразователи (электроды) всех типов к иономерам, рН-метрам
59	Измерители удельной электрической проводимости растворов
60	Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе
61	Измерители-регуляторы температуры
62	Калориметры сжигания
63	Комплекты термопреобразователей сопротивления для теплосчетчиков
64	Измерители-регистраторы температуры
65	Термометры манометрические
66	Термометры биметаллические
67	Термометры стеклянные ртутные лабораторные
68	Термометры стеклянные жидкостные
69	Термометры электроконтактные
70	Термопреобразователи сопротивления, в том числе с унифицированным выходным сигналом
71	Термоэлектрические преобразователи, в том числе с унифицированным выходным сигналом
72	Термометры электронные
73	Термометры для измерения температуры тела человека (медицинские)
74	Устройства термостатирующие измерительные
75	Теплосчетчики
76	Вычислители тепловой энергии
77	Преобразователи температуры измерительные
78	Измерители показателя преломления твердых тел и жидких веществ
79	Измерители коэффициентов направленного пропускания, оптической плотности, диффузного и зеркального отражения
80	Измерители мутности
81	Измерители уровня звука (шумомеры)
82	Измерители напряжения прикосновения и тока короткого замыкания
83	Измерители параметров устройств защитного отключения
84	Измерители сопротивления, сопротивления заземления, защитного заземления, сопротивления изоляции
85	Измерители токов утечки

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 24.11.2023, редакция № 2 от 05.05.2026

1	2
86	Измерители цепи «фаза-нуль»
87	Измерители напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления, угла сдвига фаз, мощности, электрической емкости, индуктивности
88	Средства для измерений показателей качества электрической энергии
89	Преобразователи напряжения, силы постоянного и переменного тока, электрической мощности, частоты
90	Счетчики электрической энергии постоянного тока
91	Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности менее 0,2S
92	Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности 0,2S и более
93	Трансформаторы тока измерительные
94	Трансформаторы напряжения измерительные до 220 кВ
95	Установки (стенды) высоковольтные
96	Шунты постоянного тока
97	Измерители интервалов времени
98	Счетчики перемещающихся объектов
99	Приборы учета готовой продукции
100	Измерители мощности
101	Измерители ослабления
102	Измерители параметров формы и спектра сигналов
103	Измерители параметров согласования трактов
104	Измерители уровня напряжения сигналов
105	Источники сигналов с калиброванными параметрами
106	Мониторы медицинские, системы суточного мониторинга параметров пациента
107	Пульсоксиметры
108	Приборы для измерения электромагнитных помех
109	Приборы кабельные переносные
110	Сумматоры тарифные электронные
111	Устройства сбора и передачи данных
112	Электрокардиографы
113	Системы холтеровского мониторинга
114	Электроэнцефалографы и электромиографы
115	Эргометры медицинские
116	Измерители объемов передаваемой информации
117	Комплексы автомобильной диагностики
118	Приборы для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств
119	Средства для диагностирования тормозных систем транспортных средств
120	Средства для измерений и контроля углов установки колес автомобилей
121	Средства для контроля света фар автомобилей
122	Средства для балансировки автомобильных колес
123	Средства для контроля бокового увода колес автотранспорта
124	Автоматизированные измерительные системы, комплексы, установки: для контроля и учета электроэнергии, тепловой энергии, воды и газа
125	Автоматизированные измерительные системы, комплексы, установки: для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух
126	Системы информационно-измерительные управляющие
127	Эталоны (установки), предназначенные для применения при осуществлении метрологической оценки
128	Эталонные меры напряжения, сопротивления электрической емкости и индуктивности

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 24.11.2023, редакция № 2 от 05.05.2026

№ п/п	Величина	Диапазон измерений	Наилучшие измерительные возможности	
			Наименование показателя точности	Значение и (или) диапазон значений
1	2	3	4	5
Республиканское унитарное предприятие «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»				
1	Длина	От 0,5 до 1000 мм	Разряд	3, 4, 5
			Класс точности	1, 2, 3, 4, 5
		От 0 до 2000 мм	Абсолютная погрешность	±0,02 мм
		От 6 до 250 мм	Абсолютная погрешность	±(0,008–0,018) мм
		От 6 до 160 мм	Абсолютная погрешность	±(1,8–4,0) мкм
		От 0 до 5000 мм	Абсолютная погрешность	±(0,2–2,0) мм
		От 0 до 320 мм	Абсолютная погрешность	±1 мкм
		От 0 до 750 мм	Абсолютная погрешность	±(2–7,5) мм
		От 0 до 600 мм	Абсолютная погрешность	±2 мкм
		От 50 до 1250 мм	Абсолютная погрешность	±4 мкм
		От 0 до 1000 мм	Абсолютная погрешность	±(0,10–1,5) мм
		От –300 до 300 мкм	Абсолютная погрешность	±(0,06–1) мкм
		От 0 до 150 мм	абсолютная погрешность	±(1,0–2,0) мкм
		От 0 до 20 мм	Абсолютная погрешность	±0,02 мм
		От 0 до 50 м	Класс точности	2, 3
		От 0 до 5000 мм	Абсолютная погрешность	±1,0 мм
		От 0,02 до 1,00 мм	Класс точности	1, 2
		От 0 до 50 мм	Абсолютная погрешность	±(0,015–0,15) мм
		От 0 до 300 мм	Абсолютная погрешность	±(1,4–12) мкм
		От 0 до 50 мм	Абсолютная погрешность	±(2,0–10) мкм
		От 0 до 2000 мм	Абсолютная погрешность	±0,2 мкм
		От 0 до 2 мм	Абсолютная погрешность	±0,05 мм
		От 0 до 500 мм	Абсолютная погрешность	±0,03 мкм
R _a от 0,2 до 250 мкм	Относительная погрешность	±(4 %–10 %)		
R _a от 25 до 0,025 мкм	Относительная погрешность	±(12 %–17 %)		
От 0,05 до 250 м	абсолютная погрешность	±1,0 мм		

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 24.11.2023, редакция № 2 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
2	Угол	От 0° до 360°	Абсолютная погрешность	$\pm(1-90)''$
		От 0° до 360°	Абсолютная погрешность	$\pm(2-60)'$
		От -15' до 15'	Систематическая погрешность работы компенсатора	$\pm 0,3''$
3	Прямолинейность	От 0 до 1600 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(0,6-25)$ мкм
4	Оптическая сила	От -25 до 25 дптр	Абсолютная погрешность	$\pm 0,06$ дптр
5	Глазное давление	От 7 до 50 мм рт.ст.	Абсолютная погрешность	$\pm(2-5)$ мм рт.ст.
		От 9 до 62 гПа	Абсолютная погрешность	± 7 гПа
6	Масса (измерение)	От 1 мг до 20 кг	Относительная погрешность	$\pm 0,0005$ %
		От 1 мг до 40 кг		$\pm 0,0015$ %
		От 1 мг до 500 кг		$\pm 0,005$ %
		От 10 мг до 200 т		$\pm 0,015$ %
Масса (воспроизведение)	От 1 мг до 20 кг	Класс точности	F_1, F_2	
		Разряд	II, III	
	От 1 мг до 500 кг	Класс точности	$M_1, M_{1-2}, M_2, M_{2-3}, M_3$	
		Разряд	IV, V, VI	
7	Сила	От 0,001 Н до 5 кН	Относительная погрешность	$\pm 0,005$ %
		От 2 до 100 кН		$\pm 0,015$ %
		От 10 кН до 2 МН		$\pm 0,15$ %
	Крутящий момент	От 0,05 до 1500 Н·м	Относительная погрешность	$\pm 1,5$ %
	Твердость	От 30 до 450 НВ для шкал твердости НВ10/1000, НВ10/3000	Относительная погрешность	± 3 %
		От 8 до 2000 НV для шкал твердости HV5, HV10, HV30, HV100	Относительная погрешность	± 3 %
		От 20 до 67 HRC	Абсолютная погрешность	± 1 HRC
		От 70 до 93 HRA	Абсолютная погрешность	$\pm 1,2$ HRA
		От 25 до 100 HRB	Абсолютная погрешность	± 2 HRB
		HR15N 70-94 HR30N 40-86 HR45N 20-78	абсолютная Погрешность	± 1 HRN
		HR15T 62-92 HR30T 15-82 HR45T 10-72	Абсолютная погрешность	± 2 HRT
		От 0 до 100 единиц твердости	Абсолютная погрешность	± 1 единиц твердости
	8	Давление	От -100 до 0 кПа	Класс точности
От -40 до 40 кПа			Абсолютная погрешность	$\pm 0,4$ кПа
От 0 до 2400 Па			Класс точности	1,0

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 24.11.2023, редакция № 2 от 04.05.2026

1	2	3	4	5
		От -0,1 до 60 МПа	Класс точности	0,05
		6 МПа	Класс точности	0,05
9	Параметры движения и вибрации	От 10 до 60000 об/мин	Относительная погрешность	$\pm 0,1 \%$
		От 100 до 100000 об/мин	Абсолютная погрешность	± 1 ед. счета
		От 20 до 220 км/ч	Абсолютная погрешность	± 4 км/ч
		Ёмкость счетчика от 100 до 100000	Абсолютная погрешность	± 1 ед. счета
		От 0 до 9999999	Абсолютная погрешность	± 1 ед. счета
	Частота излучения, скорость движения	От 10 до 24,15 ГГц	Абсолютная погрешность	$\pm 0,1$ ГГц
	Пройденный путь, скорость движения, коэффициент транспортного средства	От 0 до 999999,9 км	Относительная погрешность	$\pm 1 \%$
		От 0 до 300 км/ч	Абсолютная погрешность	± 1 км/ч
		От 0 до 24800 имп/км	Абсолютная погрешность	± 5 с/сут
		Диапазон констант: от 500 до 5000000	Абсолютная погрешность: платы пробега часов относительная погрешность δ нач. интервала	± 1 ед. счёта $\pm 0,1$ км ± 60 с/сутки $\pm 1 \%$
	Частота механических колебаний, амплитуда виброперемещения, амплитуда виброскорости, амплитуда виброускорения	От 20 до $1 \cdot 10^4$ Гц От $1 \cdot 10^{-7}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ м От $1 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ м/с От 0,1 до $1 \cdot 10^3$ м/с ²	Относительная погрешность	$\pm 12 \%$
10	Объем	От 2 мкл до 10 000 мл	Относительная погрешность Разряд Класс точности	$\pm 0,05 \%$ 1, 2 1, 2
		От 0 до 100 000 м ³	Относительная погрешность	$\pm 0,02 \%$
		От 0 до 1000 мл	Относительная погрешность	$\pm 1,5 \%$
	Масса зерна	До 1 кг	Абсолютная погрешность	± 4 г
	Расход жидкостей	От 0,015 до 600 м ³ /ч	Относительная погрешность	$\pm 0,05 \%$
	Расход газов	От 0,016 до 10 м ³ /ч	Относительная погрешность	$\pm 0,5 \%$
11	Перепад давления	От 100 Па до 63 кПа	Класс точности	1,0
12	Кинематическая вязкость	От 0 до 18000 мм ² /с	Относительная погрешность	$\pm 0,30 \%$

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 24.11.2023, редакция № 2 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
13	Условная вязкость	От 0,1 до 300 с	Абсолютная погрешность	$\pm 0,2$ с
	Динамическая вязкость	От $1 \cdot 10^{-4}$ до 100 Па·с	Относительная погрешность	± 3 %
От $3 \cdot 10^{-4}$ до 10 Па·с·г/см ³		± 3 %		
14	Плотность	От 0,6 до 2,0 г/см ³	Абсолютная погрешность	$\pm 0,001$ г/см ³
15	Объемная доля, массовая доля (количественное содержание химических веществ (элементов))	От 0 до 100 %	Относительная погрешность	$\pm 1,0$ %
			Относительное среднее квадратическое отклонение	0,1 %
16	Концентрация (количественное содержание химических веществ (элементов))	От 0 до 1000 г/дм ³	Относительная погрешность	± 1 %
			Абсолютная погрешность	$\pm 4 \cdot 10^{-3}$ мг/дм ³
			Относительное среднее квадратическое отклонение	0,1 %
17	Температура застывания, помутнения, кристаллизации, точка замерзания, отгона нефтепродуктов, предельная температура фильтруемости нефтепродуктов (физические свойства и характеристики газов, жидкостей и твердых веществ)	От -70 °С до 360 °С	Абсолютная погрешность	$\pm 0,3$ °С
18	Объемная доля отгона нефтепродуктов (физические свойства и характеристики газов, жидкостей и твердых веществ)	От 0 % до 100 %	Абсолютная погрешность	$\pm 1,0$ %
19	Давление насыщенных паров нефтепродуктов (физические свойства и характеристики газов, жидкостей и твердых веществ)	От 9 до 150 кПа	Относительная погрешность	± 5 %

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 24.11.2023, редакция № 2 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
20	Показатели физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ	В соответствии с характеристиками измерителей (анализаторов) физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ	Абсолютная погрешность Относительная погрешность Относительное среднее квадратическое отклонение	В соответствии с характеристиками измерителей (анализаторов) физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ
21	Счетная концентрация (частиц, клеток)	От 0 до $1 \cdot 10^7$ клеток/мл (шт/см ³)	Относительная погрешность	$\pm 10\%$
22	Размер частиц	От 0,1 до 1000 мкм	Относительная погрешность	$\pm 10\%$
23	Показатели состава и свойств биологических сред	В соответствии с характеристиками измерителей (анализаторов) состава и свойств биологических сред	Абсолютная погрешность Относительная погрешность Относительное среднее квадратическое отклонение	В соответствии с характеристиками измерителей (анализаторов) состава и свойств биологических сред
24	Влажность	От 7 % до 35 %	Относительная погрешность	$\pm 0,1\%$
		От 35 % до 70 %	Относительная погрешность	$\pm 2\%$
25	Объемная доля, массовая доля (содержание компонентов в газовой среде)	От 0 % до 100 %	Приведенная погрешность	$\pm 2,0\%$
			Абсолютная погрешность	$\pm 0,001\%$
26	Концентрация (содержание компонентов в газовой среде)	От 0 до 2000 мг/м ³	Относительная погрешность	$\pm 10\%$
		От 0 % до 100 % нижнего концентрационного предела распространения пламени	Абсолютная погрешность	$\pm 5\%$ нижнего концентрационного предела распространения пламени
27	Относительная влажность воздуха	От 5 % до 98 %	Абсолютная погрешность	$\pm 3,0\%$
		От 10 % до 100 % (расчетное значение)	Абсолютная погрешность	$\pm 2,0\%$
28	Показатель активности ионов рХ рН	От -20 до 20 От -1 до 14	Абсолютная погрешность	$\pm 0,01$
29	Удельная электрическая проводимость	От 0 до 100 См/м	Относительная погрешность	$\pm 1,0\%$
30	Температура	От -80 °С до 231,928 °С	Абсолютная погрешность	$\pm 0,02\text{ °С}$
		От 231,928 °С до 420 °С	Абсолютная погрешность	$\pm 0,06\text{ °С}$
		От 420 °С до 1200 °С	Абсолютная погрешность	$\pm 1,5\text{ °С}$

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 24.11.2023, редакция № 2 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
		От -80 °С до 1200 °С	Приведенная погрешность	±0,10 %
		От -200 °С до 1300 °С	Класс точности	0,25
31	Удельная энергия сгорания	От 7 до 40 кДж	Относительная погрешность	±0,05 %
32	Температура вспышки нефтепродуктов	От 30 °С до 280 °С	Абсолютная погрешность	±2 °С
33	Световой коэффициент диффузного отражения	От 0 % до 100 %	Абсолютная погрешность	±1,0 %
34	Показатель преломления	От 1,2000 до 1,700	Абсолютная погрешность	±1·10 ⁻⁴
		От 0 % BRIX до 100 % BRIX	Абсолютная погрешность	±0,2 % BRIX
35	Оптическая плотность	От -0,501 до 3,000 Б	Абсолютная погрешность	±0,010 Б
36	Спектральный коэффициент направленного пропускания	От 0 % до 100 %	Абсолютная погрешность	±0,5 %
37	Коэффициент поглощения света	От 0 до 10 м ⁻¹	Абсолютная погрешность	±0,05 м ⁻¹
38	Коэффициент ослабления светового потока	От 0 % до 100 %	Приведенная погрешность	±1 %
39	Длина волны оптического излучения	От 190 до 1100 нм	Абсолютная погрешность	±0,4 нм
		От 8000 до 200 см ⁻¹	Абсолютная погрешность	±0,05 см ⁻¹
40	Мутность	От 0,1 до 4000 ед. мутности	Абсолютная погрешность Относительная погрешность	±0,1 ед. мутности ±6,0 %
41	Напряжение постоянного тока	От 0 до 1000 В	Относительная погрешность	±0,002 %
		1,0186 В	Разряд	3
			Класс точности	0,005
			Нестабильность	Изменение ЭДС за год 20·10 ⁻⁶ В
		От 0 до 100 В	Абсолютная погрешность	±(50·U + 4) мкВ, где U – номинальное значение измеряемого напряжения, В
		От 0 до 10 В	Абсолютная погрешность	±(2,5·U + 1) мкВ, где U – номинальное значение измеряемого напряжения, В
42	Напряжение переменного тока	От 0 до 100 кВ	Класс точности	0,5
		От 0 до 1000 В	Относительная погрешность	±0,03 %
		От 20 Гц до 100 кГц		
		От 0 до 100 кВ	Класс точности	0,5
От 0 до 200 кВ	Класс точности	2,5		
43	Сила постоянного тока	От 0 до 30 А	Относительная погрешность	±0,002 %

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 24.11.2023, редакция № 2 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
		От 0 до 100 А	Относительная погрешность	$\pm 0,05$ %
44	Сила переменного тока	От 0 до 30 А От 20 Гц до 20 кГц	Относительная погрешность	$\pm 0,03$ %
		От 0 до 100 А От 0 до 3000 А с токоизмерительными клещами От 40 Гц до 70 Гц	Относительная погрешность	$\pm 0,03$ %
		От 0 до 6000 А 50 Гц	Относительная погрешность	$\pm 0,3$ %
45	Мощность постоянного тока	От 0 до 30 кВт (от 0 до 1000 В, от 0 до 100 А)	Относительная погрешность	$\pm 0,005$ %
		От 0 до 115,2 кВт (от 0 до 960 В, от 0 до 120 А)	Относительная погрешность	$\pm 0,1$ %
46	Мощность переменного тока	От 0 до 345,6 кВт От 0 до 345,6 квар От 0 до 345,6 кВ·А (от 0 до 1000 В, от 0 до 30 А, от 20 Гц до 20 кГц) (от 0 до 960 В от 0 до 120 А, от 40 Гц до 70 Гц)	Относительная погрешность	$\pm 0,03$ %
		От 0 до 8640 кВт От 0 до 8640 квар От 0 до 8640 кВ·А (от 0 до 1000 В от 0 до 30 А, от 20 Гц до 20 кГц) (от 0 до 960 В, От 0 до 120 А, от 40 Гц до 70 Гц) (от 0 до 1000 В, от 0 до 3000 А с токоизмерительными клещами, от 40 Гц до 70 Гц)	Относительная погрешность	$\pm 0,03$ %
47	Коэффициент мощности (угол фазового сдвига)	$\cos \varphi$ от -1 до 1 (0° – 360°)	Относительная погрешность (абсолютная погрешность)	$\pm 0,003$ ($\pm 0,03^\circ$)
48	Электрическая энергия постоянного тока	От 0 до 30 кВт·ч	Относительная погрешность	$\pm 0,005$ %
49	Электрическая энергия постоянного тока	От 0 до 115 кВт·ч	Относительная погрешность	$\pm 0,1$ %
50	Электрическая энергия переменного тока	От 0 до 115 кВт·ч, От 0 до 115 квар·ч, От 0 до 115 кВ·А·ч (от 0 до 660 В, от 0 до 100 А, 50 Гц)	Относительная погрешность	$\pm 0,03$ %
		От $1 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^{12}$ Ом	Разряд	3

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 24.11.2023, редакция № 2 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
51	Электрическое сопротивление постоянного тока		Относительная погрешность	$\pm 0,005 \%$
52	Электрическое сопротивление переменного тока	От $1 \cdot 10^{-2}$ до $1 \cdot 10^7$ Ом	Относительная погрешность	$\pm 0,03 \%$
53	Коэффициент деления напряжения постоянного и переменного тока	От 0 до 1000 В постоянного тока	Относительная погрешность	$\pm 0,001 \%$
		От 0 до 500 В От 20 Гц до 20 кГц	Относительная погрешность	$\pm 0,05 \%$
		От 0 до 200 кВ	Относительная погрешность	$\pm 0,5 \%$
54	Электрическая емкость и тангенс угла диэлектрических потерь	От 1 пФ до 100 мкФ От $1 \cdot 10^{-4}$ до 1	Разряд	3
			Относительная погрешность	$\pm 0,01 \%$
55	Индуктивность	От $1 \cdot 10^{-6}$ до 1 Гн	Относительная погрешность	$\pm 0,01 \%$
56	Время срабатывания	От 10 до 190 мс От 190 до 900 мс От 0,001 до 9999,99 с	Абсолютная погрешность	$\pm 3 \cdot (0,2 \% + 0,2 \text{ мс})$ $\pm 3 \cdot (0,5 \% + 0,2 \text{ мс})$ $\pm 3 \cdot (45 \cdot 10^{-6} \cdot T + 0,001) \text{ с}$
57	Коэффициент масштабного преобразования	От 0,5 А / 5 А до 5 кА / 5 А От 0,5 А / 1 А до 5 кА / 1 А	Класс точности	0,05
		6 кВ / 100 В, 10 кВ / 100 В, 35 кВ / 100 В, 110 кВ / 100 В; $6/\sqrt{3}$ кВ / $100\sqrt{3}$ В, $10/\sqrt{3}$ кВ / $100\sqrt{3}$ В, $35/\sqrt{3}$ кВ / $100\sqrt{3}$ В, $110/\sqrt{3}$ кВ / $100\sqrt{3}$ В,	Класс точности	0,1
58	Напряжение	От 20 Гц до 30 МГц От 0,01 мВ до 300 В	Относительная погрешность	$\pm 0,2 \%$
59	Единицы счета, количество объектов	От 0 до 999999999999	Абсолютная погрешность	± 1 ед. счёта
60	Частота	От 0,1 Гц до 10,5 ГГц	Абсолютная погрешность	$\pm 1,1 \cdot 10^{-9} \cdot f$
61	Интервал времени	От 0,1 до 30 мин	Абсолютная погрешность	$\pm [(9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)] \text{ с}$
		30 мин 60 мин Мех. часы 0,2; 0,25; 0,285; 0,33; 0,36; 0,4; 0,5; 0,6 с КНЧ 1,0; 0,0625 с		$\pm 0,25 \text{ с}$ $\pm 0,1 \text{ с}$
62	Уровень звукового давления (воспроизведение)	От 20 до 120 дБ От 20 Гц до 20 кГц	Абсолютная погрешность	$\pm 0,25 \text{ дБ}$
63	Уровень звукового давления (измерение)	От 20 до 140 дБ	Класс точности	1, 2, 3 по ГОСТ 17187-81; 1, 2

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 24.11.2023, редакция № 2 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
				по ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672:2002)
	Фазовый сдвиг (воспроизведение)	От 0° до 360° в диапазоне частот от 5 Гц до 10 МГц	Абсолютная погрешность	±0,03°
64	Неоднородность линии	От 0 до 300 км	Относительная погрешность	±1 %
65	Мощность, колебания	От 30 МГц до 10,5 ГГц От 0,001 до 600 Вт	Относительная погрешность	±4 %
66	Усиление, ослабление сигнала (измерение)	Усиление: от 20 до 1250 МГц	Абсолютная погрешность	±0,5 дБ
		Ослабление: от 0 до 100 дБ в диапазоне от 0,1 до 2150 МГц; от 0 до 90 дБ в диапазоне от 2150 до 12160 МГц; от 0 до 85 дБ в диапазоне от 12160 до 17440 МГц	Абсолютная погрешность	±0,05 дБ
67	Полоса пропускания канала вертикального отклонения осциллографов; коэффициент отклонения канала вертикального отклонения осциллографов; коэффициент отклонения канала горизонтальной развертки осциллографов	Полоса пропускания от 0 до 100 МГц; коэффициент отклонения канала вертикального отклонения от 30 мкВ/дел до 100 В/дел; коэффициент отклонения канала горизонтальной развертки 10, 20, 50 нс/дел (без возможности девиации периода следования) и от 100 нс/дел до 10 с/дел с возможностью девиации периода следования	Абсолютная погрешность	Погрешность установки напряжения канала вертикального отклонения $\pm(2,5 \cdot 10^{-3} \cdot U_k + 3 \text{ мкВ})$; Погрешность установки периода следования сигнала длительности развёрток $\pm 10^{-4} \cdot T_k$
68	Девиация частоты, амплитудная модуляция	$\Delta f =$ от 0,001 до 1000 кГц; $K_{ам} =$ от 0,1 % до 100 %	Относительная погрешность	±2 % ±1,5 %
69	Коэффициент нелинейных искажений	От 20 Гц до 200 кГц $K_r =$ от 0,03 % до 30 %	Абсолютная погрешность	±0,03 · K_r
70	Пульс, ЭКГ, НИАД, ИАД, SpO ₂	От 10 до 360 уд/мин От 0,03 до 5,00 мВ От 2,5 до 40 мм/мВ От 20 до 400 мм рт.ст. SpO ₂ : от 30 % до 100 %	Абсолютная погрешность Относительная погрешность	±2 уд/мин ±5,0 % ±2 мм рт.ст. ±2 %

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 24.11.2023, редакция № 2 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
		От 20 до 200 уд/мин	Относительная погрешность	±0,5 %
71	Мощность, обороты	Максимальная нагрузочная мощность: 400 Вт от 10 до 360 уд/мин от 20 до 120 об/мин	Абсолютная погрешность	±3 Вт ±2 уд/мин ±2 об/мин
72	Сила	От 1 до 50 кН От 0,1 до 1 кН От 1 до 30 кН От 0,2 до 1 МПа	Относительная погрешность	±3 %
73	Сила света	От 1 до 160000 кд	Относительная погрешность	±15 %
74	Угол установки колес	От -8° до 8° От -20° до 20° ±5° ±(0°-55°)	Абсолютная погрешность	±5' ±1°
75	Дисбаланс	От 0 до 2000 г	Класс точности	M ₁
76	Электрическая энергия, мощность	Согласно конфигурации АСКУЭ	Относительная погрешность	±0,03 % для каналов и групп АСКУЭ; ±0,01 % для УСПД
77	Сигналы первичных преобразователей	От 0 до 10 В От -5 до 24 мА От 0 до 4 кОм От 0 до 50 кГц	Относительная погрешность	±0,05 %
78	Количество тепловой энергии	От 1 до 8000 ГДж	Класс точности	1
		От 0 до 999 999 999 ГДж (имитация)	Относительная погрешность	$E_c = \pm(0,5 + \Delta\Theta_{\min}/\Delta\Theta) \%$ $E = \pm(2 + 4\Delta\Theta_{\min}/\Delta\Theta + 0,01qp/q) \%$ ±0,02 %
Оршанский филиал республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»				
79	Масса	От 1 до 4000 кг	Класс точности Относительная погрешность	0,2 ±0,25 %
		От 0,001 г до 200 т	Абсолютная погрешность	(0,5-3) е
80	Расход	От 0,01 до 5 м ³ /ч	Относительная погрешность	±2 %
		От 0,006 до 170 м ³ /ч	Относительная погрешность	±0,6 %
Полоцкий филиал республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»				
81	Масса (измерение)	От 1 до 4000 кг	Класс точности Относительная погрешность	0,2 ±0,2 %
		От 0,1 мг до 20 кг	Абсолютная погрешность	±0,10 мг
		От 10 г до 1500 кг	Абсолютная погрешность	±0,25 г
		От 0,1 до 200 т	Абсолютная погрешность	±2,5 кг
82	Объем	От 900 до 50000 дм ³	Относительная погрешность	±0,2 %

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 24.11.2023, редакция № 2 от 05.05.2026

1	2	3	4	5
83	Унифицированный входной сигнал измерительных каналов	От -10 до 10 В	Приведенная погрешность	±0,05 %
		От 0 до 20 мА	Приведенная погрешность	±0,05 %
		От 0 до 4000 Ом	Приведенная погрешность	±0,1 %
		От 0 до 50 кГц	Относительная погрешность	±10 ⁻⁴
		От 1 до 999999 импульсов	Абсолютная погрешность	±1 импульс

№ п/п	Наименования внешних воздействующих факторов при испытаниях средств измерений	Диапазоны воспроизведения внешних воздействующих факторов, а также значения их показателей точности (при наличии)
1	2	3
Республиканское унитарное предприятие «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»		
1	Влияние напряжения входного сигнала переменного тока	От 0 до 750 В; ±(0,03–2,5) % От 0 до 1000 В; ±(0,1–2,5) %
2	Влияние напряжения входного сигнала постоянного тока	От 0 до 1000 В ±(0,025–2,5) % От 45 Гц до 65 Гц
3	Влияние частоты входного сигнала	±(0,005–2,5) % От 45 Гц до 20000 Гц ±(0,1–2,5) %
4	Влияние напряжения питания переменного тока	От 0 до 260 В
5	Влияние напряжения питания постоянного тока	От 0 до 1000 В
6	Влияние частоты питающей сети	От 45 до 1000 Гц
7	Влияние коэффициента мощности	cos φ (-1–0–+1) sin φ (-1–0–+1)
8	Влияние неравномерной нагрузки фаз, отсутствия тока или напряжения	cos φ (-1–0–+1) sin φ (-1–0–+1) От 0 до 50 А; от 0 до 750 В
9	Влияние формы кривой тока и напряжения:	До 40-й гармоники
10	Влияние сопротивления нагрузки	От 0 до 100 кОм
11	Влияние сопротивления линии связи	От 0 до 100 кОм
12	Влияние постоянного и переменного магнитного поля	Магнитная индукция 0,5 мТл
13	Влияние наклона	От 0° до 90°
14	Влияние ферромагнитного щита толщина щита	(3 ± 0,5) мм
15	Воздействие пониженной температуры холодоустойчивость, холодопрочность	От 5 °С до -70 °С; ±2 °С
16	Воздействие повышенной температуры теплоустойчивость, теплопрочность	От 30 °С до 80 °С; ±2 °С
17	Воздействие повышенной влажности от существующей	До 95 %; ±3 %
18	Воздействие циклического изменения температуры	От -30 °С до 80 °С; ±2 °С
19	Воздействие инея и росы температура	-20 °С; ±2 °С
20	Воздействие атмосферного давления	От 66 до 106,7 кПа
	Воздействие вибрации:	От 5 до 500 Гц

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 24.11.2023, редакция № 2 от 05.05.2026

1	2	3
21	виброустойчивость, вибропрочность частота	
	амплитуда смещения	От 0,15 до 3,5 мм
	ускорение	От 1 до 200 м/с ²
22	Воздействие ударов: ускорение	От 10 до 750 м/с ²
	длительность импульса	От 0 до 16 мс.
23	Водозащищенность воздействие брызг: интенсивность	(5 ± 2) мм/мин
24	Пылезащищенность воздействие пыли со скоростью	От 0,5 до 15 м/с
Оршанский филиал республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»		
25	Температура	От 15 °С до 25 °С
26	Влажность	От 30 % до 80 %
Полоцкий филиал республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»		
27	Температура	Нормальные условия применения
28	Влажность	Нормальные условия применения
29	Давление	Нормальные условия применения

Первый заместитель
Председателя Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь



А.А.Бурак